

检验检测报告

(电子版)

扫码下载报告



No: 200072962

防伪查询网址: www.gttc.net.cn


防伪码: UXV0-0557-14

共3页 第1页



委托单位	东莞市弗瑞斯生物科技有限公司 地址: 广东省东莞市石排镇石排工业大道5号1号楼201室		
客户认定信息	一次性使用医用口罩 40个 号型规格: 175mm×95mm 生产单位: 东莞市弗瑞斯生物科技有限公司		
检验性质	委托检测	样品受理/测试开始日期	2020-04-09
		报告签发日期	2020-04-14
判定依据	YY/T 0969-2013 《一次性使用医用口罩》		
综合检验结论	---		
检验检测结果	检验检测项目	判定依据	判定
	外观[3个]	YY/T 0969-2013	符合
	结构与尺寸[3个]	YY/T 0969-2013	符合
	通气阻力	YY/T 0969-2013	符合
	鼻夹[3个]	YY/T 0969-2013	符合
	口罩带[3个]	YY/T 0969-2013	符合
备注	通气阻力项目暂未获得CNAS认可。 本报告中检验检测项目均在相应标准规定的环境条件下进行(有注明的除外)。 复印件、副本未重新加盖报告书确认章无效。 本报告检验检测地址为广州市番禺区珠江路1号。		

签发: 胡万丽 工程师




样品图片

(电子版)

No:200072962

共3页 第2页



检验检测报告附页 (电子版)

No: 200072962

共3页 第3页

检验检测项目 (计量单位) [样品识别]	测试方法	标准值及允差	检验检测结果	判定	备注
●外观[3个]	YY/T 0969-2013 5.1	口罩外观应整洁、形状完好，表面不得有破损、污渍。	符合要求	符合	
●结构与尺寸 [3个]	YY/T 0969-2013 5.2	口罩佩戴好后，应能罩住佩戴者的口、鼻至下颌。应符合设计的尺寸，最大偏差应不超过±5%。	结构： 符合要求 尺寸最大偏差(%)： -2	符合	
●通气阻力 (Pa/cm ²)	YY/T 0969-2013 5.6	≤49	1# 25.5 2# 23.1 3# 24.5	符合	
●鼻夹[3个]	YY/T 0969-2013 5.3	口罩上应配有鼻夹，鼻夹由可塑性材料制成。鼻夹长度应不小于8.0cm。	鼻夹： 符合要求 鼻夹长度(cm)： 1# 10.4 2# 10.5 3# 10.5	符合	
●口罩带[3个]	YY/T 0969-2013 5.4	口罩带应戴取方便。每根口罩带与口罩体连接点处的断裂强力应不小于10N。	符合要求	符合	
备注	(本栏空白)				



——本报告结束——