

检验检测报告

(电子版)

扫码下载报告



No: 200072958

防伪查询网址: www.gttc.net.cn


防伪码: TWAK-8297-44

共3页 第1页



委托单位	东莞市弗瑞斯生物科技有限公司 地址: 广东省东莞市石排镇石排工业大道5号1号楼201室		
客户认定信息	一次性使用医用口罩 30个 生产单位: 东莞市弗瑞斯生物科技有限公司		
检验性质	委托检测	样品受理/测试开始日期	2020-04-09
		报告签发日期	2020-04-14
判定依据	YY/T 0969-2013 《一次性使用医用口罩》		
综合检验结论	---		
检验检测结果	检验检测项目	判定依据	判定
	环氧乙烷残留量	YY/T 0969-2013	符合
	细菌过滤效率	YY/T 0969-2013	符合
备注	本报告中检验检测项目均在相应标准规定的环境条件下进行(有注明的除外)。复印件、副本未重新加盖报告书确认章无效。本报告检验检测地址为广州市番禺区珠江路1号。		

签发: 胡万丽 工程师





样品图片

(电子版)

No:200072958

共3页 第2页



检验检测报告附页 (电子版)

No: 200072958

共3页 第3页

检验检测项目 (计量单位) [样品识别]	测试方法	标准值及允差	检验检测结果	判定	备注
●环氧乙烷残留量 ($\mu\text{g/g}$)	GB/T 14233.1-2008	≤ 10	未检出 (检出限:0.5)	符合	
●细菌过滤效率 (%)	YY 0469-2011 附录B 测试菌种: 金黄色葡萄球菌ATCC 6538 测试面积: 40cm^2 气体流速: 28.3L/min 平均颗粒直径: $3.0\mu\text{m}$ 阳性质控值: 1.9×10^3 CFU 阴性质控值: $< 1\text{CFU}$	≥ 95	BFE ₁ 95.4 BFE ₂ 95.3 BFE ₃ 95.1	符合	
(本栏空白)					
备注					



——本报告结束——