


检验检测报告

(电子版)

扫码下载报告



No:200076578

防伪查询网址: www.gttc.net.cn


防伪码: YSPS-3395-44

共3页 第1页

委托单位	东莞市弗瑞斯生物科技有限公司 地址: 广东省东莞市石排镇石排工业大道5号1号楼201室		
客户认定信息	一次性使用口罩 15个 生产单位: 东莞市弗瑞斯生物科技有限公司		
检验性质	委托检测	样品受理/测试开始日期	2020-04-14
		报告签发日期	2020-04-23
判定依据	GB/T 32610-2016 《日常防护型口罩技术规范》		
综合检验结论	---		
检验检测结果	检验检测项目	判定依据	判定
	环氧乙烷残留量	GB/T 32610-2016	符合
	大肠菌群	GB/T 32610-2016	符合
	细菌菌落总数	GB/T 32610-2016	符合
	真菌菌落总数	GB/T 32610-2016	符合
	绿脓杆菌	GB/T 32610-2016	符合
	金黄色葡萄球菌	GB/T 32610-2016	符合
	溶血性链球菌	GB/T 32610-2016	符合
备注	本报告中检验检测项目均在相应标准规定的环境条件下进行(有注明的除外)。复印件、副本未重新加盖报告书确认章无效。本报告检验检测地址为广州市番禺区珠江路1号。		



签发: 郭子山 高级工程师




样品图片

(电子版)

No:200076578

共3页 第2页



检验检测报告附页 (电子版)

No: 200076578

共3页 第3页

检验检测项目 (计量单位) [样品识别]	测试方法	标准值及允差	检验检测结果	判定	备注
●环氧乙烷残留量 ($\mu\text{g/g}$)	GB/T 14233.1-2008	≤ 10	3.6 (检出限:0.5)	符合	
●大肠菌群	GB 15979-2002 附录B	不得检出	未检出	符合	
●细菌菌落总数 (CFU/g)	GB 15979-2002 附录B	≤ 200	100	符合	
●真菌菌落总数 (CFU/g)	GB 15979-2002 附录B	≤ 100	<20	符合	
●绿脓杆菌	GB 15979-2002 附录B	不得检出	未检出	符合	
●金黄色葡萄球菌	GB 15979-2002 附录B	不得检出	未检出	符合	
●溶血性链球菌	GB 15979-2002 附录B	不得检出	未检出	符合	
备注	(本栏空白)				



——本报告结束——