

检验检测报告

(电子版)

扫码下载报告



No:200072960

防伪查询网址: www.gttc.net.cn

防伪码: TXXR-2519-54

共3页 第1页

委托单位	东莞市弗瑞斯生物科技有限公司 地址: 广东省东莞市石排镇石排工业大道5号1号楼201室		
客户认定信息	一次性使用医用口罩 10个 生产单位: 东莞市弗瑞斯生物科技有限公司		
检验性质	委托检测	样品受理/测试开始日期	2020-04-09
		报告签发日期	2020-04-18
判定依据	YY/T 0969-2013 《一次性使用医用口罩》		
综合检验结论	---		
检验检测结果	检验检测项目	判定依据	判定
	大肠菌群	YY/T 0969-2013	符合
	细菌菌落总数	YY/T 0969-2013	符合
	真菌菌落总数	YY/T 0969-2013	符合
	绿脓杆菌	YY/T 0969-2013	符合
	金黄色葡萄球菌	YY/T 0969-2013	符合
	溶血性链球菌	YY/T 0969-2013	符合
备注	本报告中检验检测项目均在相应标准规定的环境条件下进行(有注明的除外)。 复印件、副本未重新加盖报告书确认章无效。 本报告检验检测地址为广州市番禺区珠江路1号。		

签发: 刘圆 工程师

刘圆




样品图片

(电子版)

No:200072960

共3页 第2页



检验检测报告附页 (电子版)

No: 200072960

共3页 第3页

检验检测项目 (计量单位) [样品识别]	测试方法	标准值及允差	检验检测结果	判定	备注
●大肠菌群	GB 15979-2002 附录B	不得检出	未检出	符合	
●细菌菌落总数 (CFU/g)	GB 15979-2002 附录B	≤100	<20	符合	
●真菌菌落总数 (CFU/g)	GB 15979-2002 附录B	不得检出	未检出	符合	
●绿脓杆菌	GB 15979-2002 附录B	不得检出	未检出	符合	
●金黄色葡萄球菌	GB 15979-2002 附录B	不得检出	未检出	符合	
●溶血性链球菌	GB 15979-2002 附录B	不得检出	未检出	符合	
备 注	(本栏空白)				



——本报告结束——